

**OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ SZESNASTA**

**Załącznik nr 3.16.  
do SIWZ**

Lp.	poz. budż.	Pracownia	Doposażenie	Opis	Ilość
1	108	Pracownia chemiczna Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	Dygestorium	<p>Dygestorium mobilne ( na kółkach z możliwością ich blokowania co pozwoli przemieszczać pomiędzy klasami ) autonomiczne tzn:</p> <ol style="list-style-type: none"> <li>1. pochłanianie gazów - wentylator z systemem filtrów stanowiących integralną część dygestorium</li> <li>2. podłączenie wody za pomocą węża giętkiego o długości min. 1,5 m zakończonego szybkozłączką)</li> <li>3. ścieki odprowadzane do zbiornika umieszczonego pod blatem dygestorium</li> </ol> <p>Wymiary: wysokość - około 200 cm (tak aby zmieściło się w futrynie drzwi) głębokość - ok. 70 cm szerokość - ok. 120 cm</p> <p>Dygestorium posiada przeszklenie z czterech stron (szkło bezpieczne) co umożliwia uczniom obserwację prowadzonych przez nauczyciela pokazów Jedna ze ścian przesuwna ( góra - dół ) Błat wykonany z materiału odpornego na odczynniki chemiczne z wyprofilowaniem uniemożliwiającym rozlanie się cieczy na zewnątrz dygestorium. Pozostała po zamontowaniu zbiornika na ścieki przestrzeń pod blatem zabudowana jako szafka z zamknięciem Konstrukcja dygestorium metalowa zabezpieczona antykorozyjnie. Dygestorium wyposażone w filtr wstępny oraz filtr węglowy. Gwarancja min. 24 miesiące</p>	1 szt.