

**Załącznik Nr 3.4. do
SIWZ**

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ CZWARTA

Lp.	poz. budżet	Pracownia	Wyposażenie	Opis	ilość	j.m.
1.	110c	Pracownia chemiczna Zespół Szkół im. Stanisława Staszica w Pile	Tace laboratoryjne	Deska ze stali nierdzewnej lub melaminy, prostokątna, o wymiarach około 24-32 cm x 18-26 cm i grubości 15mm-30mm, bez ozdób, prosta w utrzymaniu czystości. Tacki muszą być wodoszczelne	15	szt.
2.	53	Pracownia biologiczna LO Mistrzostwa Sportowego	tacki/deski do krojenia	Deska ze stali nierdzewnej lub melaminy, prostokątna, o wymiarach około 24-32 cm x 18-26 cm i grubości 15mm-30mm, bez ozdób, prosta w utrzymaniu czystości. Tacki muszą być wodoszczelne	20	szt.