

Piła, dnia 19 czerwca 2018 r.

WZP.272.48.2018.I

**Do wszystkich Wykonawców
w postępowaniu o nr sprawy WZP.272.48.2018.I**

dotyczy przetargu nieograniczonego na **Wypożyczenie sal w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pile w ramach zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile**

Informuję, że od Wykonawców wpłynęły zapytania o następującej treści:

Pytanie 1:

W nawiązaniu do prowadzonego postępowania nr WZP.272.48.2018.I „Wypożyczenie sal w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Pile w ramach zadania pn. Budowa sali gimnastycznej wraz z zagospodarowaniem terenu przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym im. Marii Grzegorzewskiej w Pile” zwracam się z prośbą o wyjaśnienie opisu przedmiotu zamówienia w części drugiej, obejmującej dostawę szafy na odczynniki i dygestorium (zał. nr 3.2. do SIWZ).

- 1) Proszę o podanie wymiarów szafy na odczynniki.
Czy Zamawiający dopuści inny wzór otworów wentylacyjnych, niż opisana rozeta?

Odpowiedź:

Wymiar: głębokość 500 mm, szerokość 950 mm, wysokość 1950 mm.
Otwory wentylacyjne mogą mieć inny wzór.

- 2) Proszę o potwierdzenie, że Zamawiający pisząc o płytkach ceramicznych, miał na myśli wielkogabarytową ceramikę litą (o grubości 8 mm, występującą w modułach 1200 x 900 mm), pozwalającą na uniknięcie stosowania fug na ścianach komory roboczej dygestorium.

Odpowiedź:

Tak.

- 3) W opisie nie uwzględniono opisu blatu dygestorium. Czy ma on być z ceramiki litej wielkogabarytowej, umieszczonej na nośniku, z podwyższonym przednim brzegiem (front wykonany z oryginalnej ceramicznej rantówki)?

Odpowiedź:

Blat może być wykonany z wielkogabarytowej ceramiki litej z frontem z ceramicznej rantówki.

- 4) Czy Zamawiający dopuści dostawę dygestorium szczelinowego, w którym wentylacja jest realizowana przez podwójną ścianę tylną (opary wciągane przez szczeliny umiejscowione na dole i górze komory)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dostawę dygestorium szczelinowego z wentylacją przez podwójną ścianę tylną.

- 5) W opisie dygestorium jest mowa o szkło hartowanym - czy Zamawiający zmieni wymóg na szkło klejone bezpieczne? Takie rozwiązanie jest niezbędne ze względów bezpieczeństwa podczas ewentualnego wybuchu w komorze - nie rozprysnie się na kawałki jak szkło hartowane.

Odpowiedź:

Zamawiający zmienia wymóg na szkło klejone bezpieczne.

- 6) Proszę o wyjaśnienie, które ściany dygestorium mają być przeszklone - czy tylko przednie okno, czy boki również?

Odpowiedź:

Dygestorium może mieć przeszklone okno przednie oraz boki.

- 7) Czy Zamawiający pisząc o wentylatorze z płytą montażową, stanowiącym wyodrębnioną część wyciągu do montażu przy otworze kominowym, miał na myśli montaż przy otworze, mieszczącym się w pobliżu dostarczanego dygestorium, czy raczej w znacznej odległości od urządzenia, bądź też miał na myśli wentylator dachowy?

Odpowiedź:

Otwór kominowy będzie w niewielkiej odległości od dygestorium.

- 8) Proszę o wskazanie z jakich materiałów mają być wykonane: zlewik i armatura. Czy zlewik ma być z ceramiki lanej lub np. polipropylenu, natomiast armatura laboratoryjna - chemoodporna? Ile wylewk wody oraz przyłączy gazu należy uwzględnić?

Odpowiedź:

Zlewik ma być z ceramiki lanej, jedna wylewka wody oraz jedno ujęcie gazu.

- 9) Czy Zamawiający dopuści dygestorium o wymiarach zewnętrznych 1200 x 850 x 2450 mm (wymiary blatu 1140 x 700 mm)?

Odpowiedź:

Zamawiający dopuszcza dygestorium o podanych wymiarach.

Pytanie 2:

ZAPYTANIE DO PRZETARGU

Nr sprawy **WZP.272.48.2018.I**

CZĘŚĆ TRZECIA

1. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści regulację elektryczną w zakresie 45-95 cm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak.

2. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści długość 200 cm, szerokość 110 cm co jest parametrem lepszym od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak.

3. Czy Zamawiający w pkt. 1 dopuści obciążenie 200 kg co minimalnie różni się od oczekiwanego?

Odpowiedź:

Tak.

4. Czy Zamawiający w pkt. 4 dopuści długość 355 cm, szerokość całkowita 90 cm, regulacja wysokości poręczy 63-115 cm, regulacja rozstawu poręczy 35-63 cm co minimalnie różni się od wymaganych parametrów?

Odpowiedź:

Tak.

W załączeniu do odpowiedzi nowe brzmienie Załącznika nr 3.2. oraz 3.3. do SIWZ.