

Załącznik Nr 3.5. do SIWZ

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ PIĄTA

Lp.	Nazwa	Wymagania	Ilość
1.	Mikroskop badawczy	Mikroskop badawczy binokularowy Mikroskop badawczy z podświetleniem LED-owym (dzienna barwa światła), zasilany na baterie (baterie w zestawie) lub akumulator z zasilaczem w zestawie. Podstawowe parametry: powiększenia od 40x do 1000x; okulary WF10x DIN/18 mm oraz 4 achromatyczne i parafokalne obiektywy: 4x, 10x, 40x (amortyzowany), 100x (amortyzowany, oil) wkręcane w tarczę rewolwerową, wbudowana diafragma tęczęwkowa	10 szt
2.	Mikroskop stereoskopowy	Mikroskop stereoskopowy cyfrowy Cyfrowy mikroskop stereoskopowy z wbudowaną kamerą cyfrową 3 Mpix USB2 podłączaną do komputera przez port USB z możliwością indywidualnego oglądania preparatów mikroskopowych i obiektów 3-wymiarowych, jak też wyświetlania ich na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej wraz z zachowaniem obrazu w formie pliku oraz ich obróbkę cyfrowej. Kompatybilny z systemem Windows podświetlenie LED - dolne i górne, powiększenie 20x, 40x	1 szt.
3.	Mikroskop cyfrowy	Mikroskop cyfrowy Mikroskop cyfrowy z wbudowaną w głowicę okularową kamerą cyfrową 1,3 Mpix CMOS umożliwiającą indywidualne oglądanie preparatów mikroskopowych, jak też wyświetlanie ich na ekranie komputera lub tablicy interaktywnej wraz z zachowaniem obrazu w formie pliku oraz ich obróbkę cyfrową. Kompatybilny z systemem Windows powiększenie 40x, 100x, 400x podświetlenie LED z regulacją natężenia światła	1 szt.

4.	Mikroskop	Mikroskop, wyposażony w min. 3,5" wyświetlacz LCD, umożliwiający bezpośrednie prowadzenie obserwacji i zachowywanie obrazu preparatów oraz nagranych filmów bez potrzeby podłączania instrumentu do komputera Podstawowe parametry: powiększenie od 50x do 500x, zoom cyfrowy pozwalający uzyskać powiększenie do 2000x Wejście na kartę typu SD Kabel USB do podłączenia do komputera Oświetlenie górne i dolne Regulacja natężenia oświetlenia Stolik mechaniczny z podziałką Zestaw preparatów Zestaw szkiełek do przygotowywania preparatów Gilotynka Zasilacz sieciowy	1 szt.
----	-----------	--	--------

Zasilanie:

- w przypadku zasilania bateriami - baterie w zestawie
- w przypadku wbudowanych akumulatorów - zasilacz w zestawie
- w przypadku zasilania sieciowego - przewód zasilający w zestawie

Określone wymagania są wymaganiami minimalnymi. Zamawiający dopuszcza zaoferowanie wyposażenia (sprzętu) o lepszych parametrach.