

Piła, dnia 25 czerwca 2019 r.

WZP.272.17.8.2019.I

Informacja o odrzuceniu ofert oraz o unieważnieniu postępowania
część czwarta zamówienia

dotyczy przetargu nieograniczonego na: **Dostawę wyposażenia Powiatowego Centrum Edukacji Ekologicznej w ramach projektu „Eko – Edukacja w Powiecie Piłskim”**

Zamawiający informuje, że na część czwartą zamówienia:

- 1) odrzuca ofertę nr 1 - Tesora Grażyna Tomaszek ul. Kasztanowa 5, 43-300 Bielsko – Biała, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie:

Zamawiający w poz. 12 „Miernik zawartości dwutlenku węgla w powietrzu” określił następujące wymaganie: Przenośny miernik wyposażony w elektroniczny wyświetlacz LCD, wskazania stężenia dwutlenku węgla w zakresie od 0 - 9999 ppm, na baterie (baterie w zestawie) lub akumulator z zasilaczem w zestawie.

Natomiast Wykonawca zaoferował Miernik tlenu węgla, 1000ppm, Benetech.

Wykonawca zaoferował miernik nie spełniający wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 3.4. do SIWZ

- 2) odrzuca ofertę nr 2 – VICTOR Paweł Dulny ul. Kosynierów Kościuszkowskich 7b/21, 87-100 Toruń, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych – treść oferty nie odpowiada treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia, z zastrzeżeniem art. 87 ust. 2 pkt 3.

Uzasadnienie:

Zamawiający w poz. 12 „Miernik zawartości dwutlenku węgla w powietrzu” określił następujące wymaganie: Przenośny miernik wyposażony w elektroniczny wyświetlacz LCD, wskazania stężenia dwutlenku węgla w zakresie od 0 - 9999 ppm, na baterie (baterie w zestawie) lub akumulator z zasilaczem w zestawie.

Natomiast Wykonawca zaoferował: Benetech – zgodnie ze specyfika. Z posiadanych informacji na temat produkowanych mierników przez firmę Benetech wynika, iż nie produkują mierników spełniających wymaganie wskazania stężenia dwutlenku węgla w zakresie od 0 - 9999 ppm.

Wykonawca zaoferował miernik nie spełniający wymagań określonych w specyfikacji istotnych warunków zamówienia – Załącznik nr 3.4. do SIWZ

- 3) odrzuca ofertę nr 6 – Nowa Szkoła Sp. z o. o. ul. POW 25, 90-248 Łódź, na podstawie art. 89 ust. 1 pkt 4 ustawy – Prawo zamówień publicznych – oferta zawiera rażąco niską cenę lub koszt w stosunku do przedmiotu zamówienia.

Uzasadnienie:

Zamawiający w dniu 18 czerwca 2019 r. wezwał Wykonawcę - Nowa Szkoła Sp. z o. o. do udzielenia wyjaśnień, w tym złożenia dowodów, dotyczących wyliczenia ceny dla części czwartej zamówienia. Zaoferowana cena przez Wykonawcę wynosi 7 135,00 zł. Średnia arytmetyczna złożonych ofert wynosi 12 791,22 zł. W związku z powyższym cena oferty jest niższa o więcej niż 30% od średniej arytmetycznej wszystkich złożonych

ofert. Wykonawca w dniu 24 czerwca 2019 r. złożył wyjaśnienia, iż zaoferowana cena przedmiotu zamówienia zawiera rabaty oraz upusty jakie wykonawca postanowił udzielić w przedmiotowym zamówieniu. Zgodnie z art. 90 ust. 2 ustawy – Prawo zamówień publicznych obowiązek wykazania, że oferta nie zawiera rażąco niskiej ceny spoczywa na wykonawcy. Wykonawca nie przedstawił żadnych dowodów oraz w złożonych wyjaśnieniach nie wykazał, że cena oferty nie jest rażąco niska.

W związku z tym, że w postępowaniu na część czwartą zamówienia zamówienia nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu informuję, że Zamawiający unieważnia postępowanie na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy – Prawo zamówień publicznych.

Uzasadnienie:

Art. 93 ust. 1 pkt 1 ustawy Pzp – Zamawiający unieważnia postępowanie o udzielenie zamówienia, jeżeli nie złożono żadnej oferty niepodlegającej odrzuceniu albo nie wpłynął żaden wniosek o dopuszczenie do udziału w postępowaniu od wykonawcy niepodlegającego wykluczeniu, z zastrzeżeniem pkt 2 i 3.

W przedmiotowym postępowaniu na część czwartą zamówienia zostały złożone trzy oferty. Wszystkie oferty zostały odrzucone.