

Załącznik nr 3.1 do SIWZ

Opis przedmiotu zamówienia – część pierwsza

Lp.	Doposażenie	Opis przedmiotu zamówienia/minimalne wymagania techniczne	Ilość
1.	wstrząsarka do sit + zbiornika do przesiewu na mokro + pokrywa + zbiornik do przesiewu na sucho (zad.2)	Wytrząsarka laboratoryjna do sit -wysokość robocza sita 50mm -masa próbki 0-3000g -drgania pionowo- skądne - amplituda regulowana 0-2,5mm -częstotliwość drgań stała 50Hz -czas przesiewania nastawny 10 programów 0-60min, 59sek -zasilanie 230V - waga 25kg	1 szt.
2.	sita do wstrząsarki (zad.2)	Sita laboratoryjne fi 200mm obudowa stop AK - średnice oczek: 31.5, 16, 8, 4, 2, 1 mm	6 szt. (1 kpl.)