

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA - CZĘŚĆ CZWARTA ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 3.4 do SIWZ

Lp.	Miejsce dostawy	Wyposażenie	Opis	ilość	j.m.
1.	Zespół Szkół Budowlanych w Pile	Dygestorium bez wyciągowe	• struktura o wysokiej odporności chemicznej, • wbudowany, uszczelniony polipropylenowy lub do wyboru z epoksy, stali nierdzewnej, ceramiki lub blat roboczy, • suwane okno frontowe z bezpiecznego szkła, • monitor wyświetla całkowity czas pracy wentylatora w celu śledzenia i wymiany filtra, • przyjazne środowisku, oszczędne oświetlenie , • prędkość powietrza $0,5 \pm 0,1$ m/s, • dostęp z tyłu w celu wymiany filtra, • różnorodność filtrów HEPA i węglowych, • Kontrola przepływu powietrza • Wymiary zewnętrzne około 950x600x650; wewnętrzne około 735x545x505 lub zewnętrzne około 1160x900x750; wewnętrzne około 935x845x700	1	szt.